

ウイルス遺伝子検出キット VirFinder Type-A

取扱説明書

—— 特徴 ——

本品は細胞培養液および血清より抽出した6種類のウイルス（HBV、HCV、HIV-1、HIV-2、HTLV、PVB19）遺伝子をリアルタイムRT-PCRによって検出するキットです。

—— 全般的な注意 ——

- 1) 本取扱説明書をよく読んでから使用してください。取扱説明書に記載された操作方法に従って使用してください。記載した操作方法及び使用目的以外での使用については、信頼性を保証致しかねます。
- 2) すべての検体は感染性のあるものとして扱い、防護具（眼鏡、手袋、マスク等）を着用の上、十分に注意をして操作を行ってください。
- 3) 本試薬は研究用試薬であり、それ以外の目的に使用しないでください。診断目的には使用できません。

—— 形状・構造等（キットの構成） ——

①	2×RT-PCR Buffer	……………	3 本
②	RT Enzyme Mix	……………	1 本
③	DNA Polymerase	……………	1 本
④	HBV PP Mix ^{*1}	……………	1 本
⑤	HCV PP Mix ^{*1}	……………	1 本
⑥	HIV-1 LTR PP Mix ^{*1}	……………	1 本
⑦	HIV-1 pol PP Mix ^{*1}	……………	1 本
⑧	HIV-2 PP Mix ^{*1}	……………	1 本
⑨	HTLV PP Mix ^{*1}	……………	1 本
⑩	PVB19 PP Mix ^{*1}	……………	1 本
⑪	hB2M PP Mix ^{*2}	……………	1 本
⑫	Negative Control (DNase Free Water)	……………	1 本
⑬	Positive Control (2×10 ³ copies/μL)	……………	1 本

*1: Primer Probe Mix (PP Mix)は蛍光プローブを含むため、遮光に留意してください。

*2: hB2M はリファレンスとして使用します。検体が培養上清や血清などヒト細胞ではない場合は検出されない可能性があります。

—— 使用目的 ——

細胞培養液および血清より抽出したウイルス遺伝子の検出。

—— 操作上の注意 ——

- 1) 反応試薬中のプローブやプライマーがヌクレアーゼの混入によって分解されると、正確な検出ができません。実験器具・器材以外にも使用者の汗や唾液からヌクレアーゼが混入する可能性がありますので、操作には注意してください。
- 2) サンプルのコンタミネーションを防ぐため、サンプル調製・核酸抽出と反応試薬調製は物理的に隔離することを推奨します。困難な場合は、次の作業へ移る前にUV照射や作業スペースの清掃などを行ってください。
- 3) 試薬使用后、試薬チューブのフタをしっかりと閉め保管してください。蛍光試薬が含まれていますので、遮光に注意してください。
- 4) 試薬チューブ破損の恐れがあるので、高所から落としたり、強い衝撃を加えたりしないよう注意して使用してください。
- 5) Positive Controlは、使用前によく混和し、スピンドウンしてから使用してください。
- 6) 試薬の分注を行うときは必ず新しいディスポーザブルチップを用い、サンプル間のコンタミネーションを防止してください。
- 7) リアルタイムPCR装置の取扱い、それぞれの装置の取扱説明書に従ってください。

—— 用法・用量（操作方法） ——

** [必要な器具]

必要に応じて以下の器具及び器材を準備してください。

マイクロピペット、マイクロチューブ(滅菌済、低吸着、DNase・RNase Free)、フィルターチップ(滅菌済、低吸着、DNase・RNase Free)、ミキサー、遠心分離機、ヒートブロック、PCR用チューブまたはプレート、リアルタイムPCR装置 (FAMが検出可能なリアルタイムPCR装置)

[操作方法]

** 1. 核酸抽出方法

QIAGEN 社の QIAamp MinElute Virus Spin Kit を用いた抽出方法を示します。他の市販の核酸抽出キットを用いる事も可能ですが、事前に抽出効率等について評価を行うことを推奨します。

- 1) QIAGEN プロテアーゼとキャリア RNA を Buffer AVE で溶解し、小分け分注します。
- 2) 検体 1 本あたり 220 μL の Buffer AL と 6.2 μL のキャリア RNA を混合します。
- 3) 検体 200 μL に QIAGEN プロテアーゼを 25 μL 添加します。
- 4) キャリア RNA を添加した Buffer AL を 200 μL 添加し、15 秒間ミキサーで混合します。
- 5) 56 °C で 15 分間インキュベート後、スピンドウンします。
- 6) 99 %エタノールを 250 μL 加え、15 秒間ミキサーで混合します。
- 7) 室温（15 ～ 25 °C）で 5 分間インキュベートします。
- 8) スピンドウンし、全量をスピнкаラムに移します。
- 9) 6,000 × g で 1 分間遠心します。
- 10) スピнкаラムを新しいコレクションチューブに移し、Buffer AW1 を 500 μL 添加後、6,000 × g で 1 分間遠心します。
- 11) スピнкаラムを新しいコレクションチューブに移し、Buffer AW2 を 500 μL 添加後、6,000 × g で 1 分間遠心します。
- 12) スピнкаラムを新しいコレクションチューブに移し、99 %エタノールを 500 μL 添加後、6,000 × g で 1 分間遠心します。
- 13) スピнкаラムを新しいコレクションチューブに移し、空のまま 20,000 × g で 3 分間遠心します。
- 14) スピнкаラムを別途用意したマイクロチューブに移し、カラムの中心に Buffer AVE を 60 μL 添加します。
- 15) 室温（15 ～ 25 °C）で 5 分間インキュベートします。
- 16) 20,000 × g で 1 分間遠心して核酸を溶出します。
- 17) すぐに PCR を行わない場合、溶出した核酸抽出液は -70 °C 以下で保管してください。

2. 試薬の調製方法

- 1) 2×RT-PCR Buffer、PP Mixを融解し、ミキサーでしっかりと混和後にスピンドウンします。RT Enzyme Mix、DNA Polymeraseはスピンドウン後に氷上に保管します。
- 2) 氷上で各種PP Mix毎にRT-PCR反応液マスターミックスを調製します。分注ロス等を考慮し、必要なマスターミックス量を調整してください。（反応液の組成は裏面の＜RT-PCR反応液組成＞をご確認ください。）
- 3) 2)で作製したマスターミックスをPCR用チューブまたはプレートに15 μL ずつ分注します。
- 4) 陰性ランコントロールとしてNegative Controlを、陽性ランコントロールとしてPositive Controlを5 μLずつ添加します。Negative ControlおよびPositive Controlは項目毎に測定してください。
- 5) 検体の核酸抽出液を5 μLずつ添加します。
- 6) PCRチューブまたはプレート内の反応液を混合し、フタをしてスピンドウンします。

＜RT-PCR反応液組成＞

試薬	液量 (1反応分)
2×RT-PCR Buffer	10 μL
PP Mix	2 μL
RT Enzyme Mix	0.4 μL
DNA Polymerase	0.4 μL
Negative Control (DNase Free Water)	2.2 μL
Total	15 μL

**** 3. リアルタイムRT-PCRによる検出**

BioRad社のCFX Opusのプロトコール例を示します。

- リアルタイムPCR装置の蛍光検出波長をFAMに設定します。
- リアルタイムPCRのプログラムの設定は、下記のプロトコールを基準に設定してください。設定方法については、お使いのリアルタイムPCR装置の取扱説明書に従って行ってください。

＜RT-PCRプログラム＞

ステップ	温度	時間	Cycle数	蛍光検出
逆転写反応	42 °C	10 min	1 cycle	なし
	95 °C	10 sec		
PCR (1 st step)	95 °C	10 sec	5 cycles	なし
	56 °C	30 sec		
PCR (2 nd step)	95 °C	10 sec	50 cycles	あり (FAM)
	56 °C	30 sec		

※PCRステップのはじめの5サイクルはバックグラウンドシグナル検出の可能性があるので、蛍光検出は行わないでください。

※Passive Reference設定がある場合は、「None」を選択し、測定を開始してください。

**** ——— 測定結果の判定法 ———**

リアルタイムPCR装置の解析ソフトを用いて結果判定を行います。Cq値が算出された場合は陽性、算出されない場合は陰性と判断してください。

BioRad社のCFX OpusではRegression法、Baseline Subtracted Curve Fitモードでの解析を推奨します。解析後は、増幅曲線を確認し、Cq値が正しく算出されていることを確認してください。核酸抽出液の精製度、試薬の混和と不良、泡立ちなどの原因により、Regression法で正しく解析されない場合には、Single threshold法などで解析してください。解析ソフトの使用方法は、ソフト付属のマニュアルに従ってください。

——— 判定に関わる注意事項 ———

- ウイルス項目、リファレンス (hB2M)、Positive Controlは全てFAMで検出されます。同一ウェルでは検出できませんので、それぞれ別のウェルで試験してください。
- リファレンス (hB2M) は、ヒトのハウスキーピング遺伝子です。培養上清や血清を検体とした場合には検出されないことがあります。
- リアルタイムPCR装置や解析方法によっては、ごく稀にバックノイズシグナルからCq値を算出している場合があります。試験後は必ず増幅曲線を確認し、得られたCq値が核酸増幅の行われた結果に由来していることを確認してください。

1. 感度・正確性試験

Negative Controlを試料として試験するとき、全ての項目で蛍光増幅が検出されません。Positive Controlを試料として試験するとき、全ての項目で35サイクル以内に陽性となります。

2. バリデーションデータ

詳細な性能データにつきましては、製造販売元営業担当又はカスタマーサポート担当にお問い合わせください。

*** 3. 実施例等の追加情報**

実施例等の追加情報につきましては、下記URLをご参照ください。

<https://cell-culture.biz.sdc.shimadzu.co.jp/reagent/virfinder/>

——— 使用上または取扱い上の注意 ———

1. 取扱い上（危険防止）の注意

- 検体は感染の恐れがあるものとして取扱ってください。
- 試薬が目や口に入った場合には、水で十分に洗い流す等の応急処置を行い、必要があれば医師などに相談し、指示を受けてください。
- [RT Enzyme Mix]および[DNA Polymerase]は、グリセリン50 %を含んでいます。火気の近くでは使用しないでください。

2. 使用上の注意

- 1) 貯蔵方法（-30 °C ～ -15 °C）に従い、保存してください。
- 2) 使用期限を過ぎた試薬は使用しないでください。
- 3) 製造番号の異なる試薬を混合して使用しないでください。
- 4) 他の目的に転用しないでください。

3. 廃棄上の注意

- コンタミネーションを避けるため、PCR反応後のチューブやプレートは蓋を開けずに密閉できるビニール袋を2重にし、廃棄物に関する規定に従って医療廃棄物として処理してください。PCR増幅産物は飛散を防止するためオートクレーブ処理を行わないでください。
- 検査に使用した試薬・器具等を廃棄する場合、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び水質汚染防止法等の規定に従って医療廃棄物、産業廃棄物、または感染性廃棄物として処理してください。

——— 貯蔵方法・有効期間 ———

*** [貯蔵方法]**

-30 °C ～ -15 °Cで保存してください。

[有効期間]

製造日から12ヵ月

※外装および容器のラベルに使用期限を表示してあります。

——— 包装単位 ———

VirFinder Type-A 25テスト用 Code 69243

——— 関連製品 ———

VirFinder Type-B 25テスト用 Code 69244

*** ——— 問い合わせ先 ———**

〒110-0005 東京都台東区上野 3-24-6

島津ダイアグノスティクス株式会社 カスタマーサポート担当

電話 03(5846)5707

* 製 造 販 売 元

島津ダイアグノスティクス 株式会社

東京都台東区上野 3-24-6 〒110-0005 TEL 03(5846)5611 (代)